



Name des Herstellers	Eschenbach Optik GmbH Fürther Straße 252, 90429 Nürnberg Germany
Single Registration Number (SRN)	DE-MF-000007711
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt	
Produktname	optaro 16533
Basic UDI-DI	4064158ELECTRONVISAIDSDQA
Nomenklatur	GMDN Code 30045 EMDN Code Y210699
Risikoklasse	Klasse I – nicht steril, keine Messfunktion
Konformitätsbewertungsverfahren	gemäß Artikel 52 (7) für Medizinprodukte

den Bestimmungen der nachfolgenden Rechtsvorschriften entspricht:

Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)

Richtlinie 94/62/EG über Verpackungen und Verpackungsabfälle

Verordnung (EU) 2023/1542 des Europäischen Parlaments und des Rates über Batterien und Altbatterien

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit

Richtlinie 2014/35/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen

Richtlinie 2014/53/EU über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt



Wir unterhalten ein systematisches Verfahren zur Überwachung des Produktes nach dem Inverkehrbringen.

Nuremberg, 12.09.2024

Ort und Datum der Ausstellung

sgd. Matthias Anke

**Name,
Matthias Anke**
Geschäftsleitung

sgd. A. Jahnke

**Name,
Andreas Jahnke**
MDR Verantwortliche Person